

广东省肇庆市政府采购



# 谈判文件

项目编号：441202-202010-208001-0044

项目名称：医疗设备一批

委托编号：ZQDLZB202000107

采购人：肇庆市端州区妇幼保健院

采购代理机构：肇庆德力招标代理有限公司

发布日期：2020.10.22

# 目 录

第一篇	报价邀请书.....	2
第二篇	报价人须知.....	6
第三篇	用户需求书.....	21
	包一：全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪 .....	22
	包二：超声刀.....	27
	包三：麻醉机.....	28
第四篇	合同条款（样式） .....	33
第五篇	响应文件格式.....	39
附件一：	评审工作大纲.....	64

## 第一篇 报价邀请书

肇庆德力招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受肇庆市端州区妇幼保健院（以下简称“采购人”）的委托，为“医疗设备一批”（项目编号：441202-202010-208001-0044）采购所需货物。本项目采用竞争性谈判的采购方式，邀请合格报价人就本项目所需采购的相关货物提交密封报价。有此报价意向的合格报价人可从以下内容得到进一步的信息和查看谈判文件。

### 1. 兹邀合格报价人就下列货物提交密封响应文件：

包号	分包名称	数量	项目完成期	交货地点	各分包最高报价限价
包一	全数字化高端 四维彩色多普勒 超声诊断仪	1 台	合同签订生效 之日起 30 天内	采购人指 定地点	¥2,811,500.00 元（大写：人民币 贰佰捌拾壹万壹仟伍佰元整）
包二	超声刀	1 台	合同签订生效 之日起 30 天内		¥735,500.00 元（大写：人民币柒 拾叁万伍仟伍佰元整）
包三	麻醉机	2 台	合同签订生效 之日起 30 天内		¥451,000.00 元（大写：人民币肆 拾伍万壹仟元整）

备注：（1）本项目共分为 3 个独立分包，报价人可对本项目部分或全部分包进行报价，但每个分包不得分拆，且每个分包都要提供完整的技术资料。

（2）本项目为交钥匙项目，各分包内容包括供货、运输、培训、验收等工作，直至验收合格交付用户使用。

（3）本项目各分包均设有最高报价限价，报价人的报价不能高于各分包的最高限价，否则视为非响应性报价。

（4）本项目除特别注明适用分包外，均适用于所有分包。

（5）经财政部门同意，本项目包一、包二允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目包三只允许采购本国产品。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（6）需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

### 2. 合格报价人指：

2.1 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料（并

加盖报价人公章)：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照（须加载有“统一社会信用代码”）复印件；
- (2) 上一年度财务报告或报表复印件；报价人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。
- (3) 报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
- (4) 报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
- (5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明函原件（格式自拟）；
- (6) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函原件（格式自拟）。

2.2 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.3 报价人必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》等相关证明文件；

2.4 本项目不接受联合体报价；

2.5 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，报价人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。报价人须在响应文件中提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”栏的信用记录查询结果网页截图打印件并加盖公章；评审时，采购人或采购代理机构以在上述两个网站查询的结果为准，并同时信用信息查询记录和证据截图存档，该信用信息作为资格审查的条件之一。如查询结果显示“没有该企业的相关记录”，视为无上述三类不良信用记录。

3. 文件公示时间：2020年10月22日至2020年10月27日。

4. 符合资格的报价人应当在2020年10月22日起至2020年10月28日期间上午9:00时至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，法定节假日除外）到肇庆德力招标代理有限公司（肇庆市前进北路10号（联通大厦）第十一层第1107室）现场购买谈判文件。购买谈判文件时，报价人代表须携带本人身份证原件及复印件、法定代表人授权书原件、营业执照（副本）复印件（须加载有“统一社会信用代码”）（复印件须注明“与原件相符”并加盖公章）。谈判文件每套售价¥200.00元（人民币：贰佰元整），售后不退。本项目不接受其他方式的报名和获取谈判文件。仅接受通过以

上方式获取谈判文件的供应商报价。

5. 递交响应文件时间、报价截止时间、报价时间及地点

(1) 递交响应文件时间：2020年10月29日上午9:00~9:30时（北京时间）

(2) 报价截止时间及报价时间：2020年10月29日上午9:30时（北京时间）

(3) 报价地点：**肇庆市公共资源交易中心三楼303室（即端州三路24号端州消防大队东侧）**

采购代理机构只接受在谈判文件截止递交当日由报价人法定代表人或其授权代表亲自递交的响应文件。电报、传真形式的报价概不接受。

6. 本项目采购人、监管部门及采购代理机构联系方式：

a. 采购人：肇庆市端州区妇幼保健院

联系人：吴先生

联系电话：0758-2232693

联系地址：肇庆市宝月路27号

b. 监管部门：肇庆市端州区财政局政府采购监管办公室

联系人：吴女士

联系电话：0758-2724026

c. 采购代理机构：肇庆德力招标代理有限公司

项目联系人：曲女士

电话：0758-2160028

传真：0758-2160198

联系地址：肇庆市前进北路10号（联通大厦）第十一层第1107室

7. 信息发布媒体：

中国政府采购网：<http://www.ccgp.gov.cn>

广东省政府采购网：<http://www.gdgpo.com>

肇庆市政府采购网：<http://zhaoqing.gdgpo.gov.cn>

肇庆市公共资源交易中心：<http://ggzy.zhaoqing.gov.cn>

肇庆德力招标代理有限公司网：<http://www.zqdlzbd1.com/>

**注：供应商注册**

**参与政府采购项目的供应商未在广东省政府采购网和肇庆市公共资源交易中心网注册的，在报**

名成功后最迟必须于开标前登录广东省政府采购网和肇庆市公共资源交易中心网完成供应商注册。

①广东省政府采购网：[www.gdgpo.com/gdgpms/ums/registerSelType.do?types=guangdong](http://www.gdgpo.com/gdgpms/ums/registerSelType.do?types=guangdong)。注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83188500、83188580。

②肇庆市公共资源交易中心网：<http://ggzy.zhaoqing.gov.cn/zqfront/>（选择政府采购类：供应商），电话：0758-2109910。

## 第二篇 报价人须知

### 目 录

#### 一、总则

- 1 说明
- 2 合格的报价人
- 3 报价费用

#### 二、谈判文件

- 4 谈判文件的构成
- 5 谈判文件的澄清
- 6 谈判文件的修改、补充和澄清

#### 三、响应文件的编制

- 7 报价语言及度量衡单位
- 8 响应文件的组成
- 9 报价
- 10 报价保证金
- 11 报价有效期
- 12 响应文件的式样和签署

#### 四、响应文件的递交

- 13 响应文件的密封和标记
- 14 报价截止时间
- 15 迟交的响应文件
- 16 响应文件的修改和撤回

#### 五、谈判与评审

- 17 接收文件
- 18 评审过程的保密性
- 19 谈判小组
- 20 谈判
- 21 最终报价
- 22 评审原则及方法

#### 六、授予合同

- 23 合同的授予标准
- 24 成交通知
- 25 签订合同
- 26 成交服务费
- 27 询问、质疑

## 一、报价须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.1	资金来源	财政资金（特别国债），资金已落实。
2	合格的报价人	详见《第一篇 报价邀请书》第2点内容。
	关于联合体	本项目不允许联合体报价
4.5	信息发布媒体	详见《第一篇 报价邀请书》第7点内容。
5	谈判文件的澄清	采购人不统一组织答疑会。
	踏勘现场	采购人不集中组织，由报价人自行踏勘。
8	响应文件的编制	1. 响应文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本响应文件。响应文件一式四份，其中，一份正本，三份副本； 2. 报价信封一份； 3. 电子文件一份。
9	证明报价人的合格性的证明文件	详见《第一篇 报价邀请书》第2点内容。
	最高报价限价	详见《第三篇 用户需求书》 说明：报价人的报价不能高于最高限价，否则视为无效报价处理。
10	提交报价保证金的银行账户	1. 报价保证金金额： <b>包一：¥56,000.00元（大写：人民币伍万陆仟元整）；</b> <b>包二：¥14,000.00元（大写：人民币壹万肆仟元整）；</b> <b>包三：¥9,000.00元（大写：人民币玖仟元整）。</b> 2. 报价保证金缴纳截止时间：与响应文件递交截止时间一致（以银行到账时间为准，汇错账号作废标处理）； 3. 报价保证金方式：以电汇或银行转账或保函提交； 注：未按照上述方式提交报价保证金的，其响应文件将视为无效予以拒收。 4. 采用电汇或银行转账形式的报价保证金在递交截止时间前，从其企业账户以网上转账或银行汇款等方式将报价保证金汇入代理机构指定的银行账户。报价保证金银行转账有效凭证（或网页到账截图）作为响应文件组成内容。 <b>报价保证金账户：</b>



序号	内容	说明与要求
		<p>开户名称：<b>肇庆德力招标代理有限公司</b></p> <p>开户银行：<b>广东南粤银行肇庆分行</b></p> <p>账号：<b>970001230900002219</b></p> <p>5. 报价人也可选择商业银行或金融机构出具的投标保函作为投标担保凭证，同时在开标现场提供原件给采购人进行核验后作为投标担保凭证，投标保函复印件加盖公章作为响应文件组成内容。采购人保留因报价人递交的投标保函是否合法、有效而采取的法律权利。</p>
11	报价有效期	递交响应文件截止日后 90 天内有效
12	响应文件份数	<p>响应文件密封包封（响应文件正本 1 份，副本 3 份）</p> <p>报价信封密封包封（报价信封 1 份，响应文件电子文件 1 份）</p>
14	响应文件的递交、接收和密封	详见《第一篇 报价邀请书》第 5 点内容。
19	谈判小组	谈判小组成员共 3 人：其中采购人代表 1 人；技术、经济等方面的专家 2 人均从政府采购评审专家库中随机抽取确定。
22	评审方法	采用最低评标价法的评审方法
26	成交服务费	<p>根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号)，本项目成交服务费由各分包成交人支付；各分包成交人应在采购代理机构送达《成交通知书》之日起 5 个工作日内向采购代理机构一次性支付，本项目各分包成交服务费金额为：</p> <p><b>包一：¥37,000.00 元（大写：人民币叁万柒仟元整）；</b></p> <p><b>包二：¥12,500.00 元（大写：人民币壹万贰仟伍佰元整）；</b></p> <p><b>包三：¥7,000.00 元（大写：人民币柒仟元整）。</b></p>

## 一、总则

### 1. 说明

- 1.1 资金来源：详见《报价须知前附表》。
- 1.2 采购范围详细要求见本谈判文件《用户需求书》。

### 2. 合格的报价人

- 2.1 合格的报价人规定，详见《报价须知前附表》。

### 3. 报价费用

- 3.1 报价人应承担参与本次报价自身发生的所有费用，不论报价的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，采购人将不对任何报价人作补偿。

## 二、谈判文件

### 4. 谈判文件的构成

- 4.1 要求提供的货物、采购过程、合同条件在谈判文件中均有说明。谈判文件包括：

第一篇 报价邀请函

第二篇 报价人须知

第三篇 用户需求书

第四篇 合同样本（格式）

第五篇 响应文件格式

附件一 评审工作大纲

- 4.2 **报价人应审阅谈判文件中所有须知、格式、条款和规格。报价人未按谈判文件要求提供全部资料或提交的响应文件未对谈判文件作出实质性响应，且未响应的条款对采购人不利，那么报价人将承担其风险并导致响应文件被拒绝。**

- 4.3 谈判文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

- 4.4 谈判文件中，凡标有“▲”的条款均为本采购项目的重要评审内容。报价人必须予以重视。谈判小组将按照本采购项目的评审方法对报价人的响应程度进行综合评审。

- 4.5 本谈判文件使用的词语有如下定义：

- (1) 采购人：肇庆市端州区妇幼保健院。
- (2) 报价人：参加医疗设备一批所需的有关货物和服务的报价，并向采购代理机构提交响应文件的当事人。
- (3) 监管部门：肇庆市端州区财政局政府采购监管办公室。
- (4) 采购代理机构：肇庆德力招标代理有限公司。

- (5) 谈判小组：谈判小组是依照《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次采购的评审工作的临时性机构。
- (6) “成交人”指其报价被采购人接受，并与采购人签订专业合同的当事人。
- (7) 日期：指公历日。
- (8) 谈判文件：指由采购代理机构发出的本谈判文件，包括全部章节和附件。
- (9) 响应文件：指报价人根据本谈判文件向采购代理机构提交的全部文件。
- (10) 货物：指符合本谈判文件《用户需求书》要求的货物。
- (11) 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。
- (12) 谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对谈判文件内容的理解和解释。
- (13) 谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。
- (14) 信息发布媒体，详见《报价须知前附表》。

#### 5. 谈判文件的澄清

5.1. 报价人对本谈判文件如有疑问，请于报价截止日期前将问题按报价邀请书中载明的邮政地址以书面函件形式（加盖报价人公章）交至采购代理机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人及采购代理机构可不予答复。

5.2. 踏勘现场内容，详见《报价须知前附表》。

#### 6. 谈判文件的修改、补充和澄清

6.1 在报价截止日期前任何时候，采购人可主动地或在答复报价人提出澄清的问题时对谈判文件进行修改、补充或澄清。

6.2 谈判文件的修改、补充或澄清将以书面函件形式通知所有购买谈判文件的报价人，并对其具有约束力。对方应 24 小时内以书面函件的形式确认已收到该修改、补充或澄清文件（须加盖公章，可通过传真形式）。

6.3 为使报价人在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人及采购代理机构可酌情推迟本项目报价截止日期。

6.4 所有谈判文件的修改、补充或澄清文件，均是谈判文件的组成部分，对采购人和报价人起约束作用。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、响应文件的编制

#### 7. 报价语言及度量衡单位

7.1 报价人的响应文件以及报价人与采购人或采购代理机构就有关报价的所有往来函电均应使用

简体中文。

- 7.2 响应文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。
8. 响应文件的组成 详见《第五篇 响应文件格式》
9. 报价
  - 9.1 响应文件中，全部报价内容的报价，必须用人民币报价，并以“元”为单位。
  - 9.2 报价人提交证明其有合格性的证明文件作为响应文件的一部分，详见《报价须知前附表》；报价人应根据谈判文件的要求，参照报价表格式填报。
  - 9.3 报价表上的价格应包含下列内容：
    - (1) 报价包含履行合同所有相关货物所需的货物费用及利润
    - (2) 报价均包含所有的税费、规费
  - 9.4 不能在报价价格之外还有其他费用出现。
  - 9.5 **除非另有规定，报价人成交价在合同执行过程中是固定不变的。**
  - 9.6 报价人根据报价人须知第 9.2 条款的规定将报价设分项内容，此内容仅供谈判小组评审时使用；在任何情况下不限制采购人以不同的条件成交的权利。
  - 9.7 报价人不得低于企业自身成本竞投。
  - 9.8 本采购项目的最高报价限价，详见《报价须知前附表》，如报价人报价高于最高报价限价则响应文件作无效处理。
10. 报价保证金
  - 10.1 **报价保证金金额和缴纳方式：详见《报价须知前附表》。**
  - 10.2 报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时可以根据本款第 10.7 条的规定没收报价人的报价保证金。
  - 10.3 **报价保证金以银行转账、电汇方式或保函方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式）提交，支付人必须为本项目报价人。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目的项目编号、分包编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行账户（以银行到账时间为准，汇错账号作废标处理）。报价人也可选择商业银行或金融机构出具的投标保函作为投标担保凭证，同时在开标现场提供原件给采购人进行核验后作为投标担保凭证，投标保函复印件加盖公章作为响应文件组成内容。采购人保留因报价人递交的投标保函是否合法、有效而采取的法律权利。未按照上述方式提交投标保证金的，其响应文件将作为无效予以拒绝。**
  - 10.4 任何未按第 10.1 款规定提交报价保证金的报价，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

- 10.5 未成交的报价人的报价保证金，将按第 11 款规定在成交通知书发出之日起 5 个工作日内将不计利息予以原额退还。
- 10.6 成交人的报价保证金，满足下列要求，并在合同签订之日起五个工作日内无息原额退还。
- (1) 成交人与采购人签订合同。
  - (2) 成交人支付了成交服务费。
  - (3) 成交人向采购代理机构提交了壹份合同副本。
- 10.7 下列任何一种情况发生时，经监管部门审核批准，采购代理机构在书面通知报价人（或成交人）后有权没收报价保证金，并按有关规定上缴国库：
- (1) 报价人在谈判文件中规定的报价有效期内撤回其报价。
  - (2) 成交人在规定期限内未能签订合同；或未能根据报价人须知中的规定接受对错误的修正。
  - (3) 成交后未按谈判文件中的规定缴付成交服务费。
  - (4) 经政府采购监督管理部门审查认定报价人有违反《中华人民共和国政府采购法》有关法规的行为。
11. 报价有效期
- 11.1 **报价有效期（详见《报价须知前附表》），响应文件应在报价有效期内保持有效。报价有效期比规定期限短的将被视为非响应性报价而予以拒绝。**
- 11.2 成交人的响应文件作为合同组成部分，合同失效时同时失效。
- 11.3 特殊情况下在原有报价有效期截止之前，采购代理机构可征求报价人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其报价保证金将不会被没收。接受报价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会要求其相应地延长其报价保证金的有效期。在这种情况下，第 10 款报价保证金的有关规定在报价保证金延长期内仍适用。
12. 响应文件的式样和签署
- 12.1 报价人应准备一份“报价信封”（包括响应文件电子文档一份）、响应文件（含商务部分、技术部分、经济部分）一份正本（注明报价人名称及项目名称）和三份副本，在每一份响应文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
- 12.2 响应文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由报价人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托书”以书面形式附在响应文件中。副本文件可由正本文件复印而成。响应文件封面，报价函均应加盖报价人公章并经法定代表人或其委托人签字或盖章（如响应文件封面是加膜硬皮封面，可在加膜硬皮封面的下一页封面上盖章）。
- 12.3 除报价人对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。**若有修改须由签署响**

响应文件的人进行签字，并加盖报价人公章。

- 12.4 电子文件用 MS OFFICE97/2000 或以上版制作，内容包括：由报价人自行制作的与响应文件正本一致的所有文件。电子文件用 U 盘或光盘储存，并密封于报价信封内。
- 12.5 响应文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由报价人加盖报价人公章。
- 12.6 响应文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、采购人名称、包号及分包名称（如有）、报价人名称、报价日期等”。
- 12.7 电报、电传、传真报价概不接受。
- 12.8 报价信封须单独密封并加盖报价人公章。

#### 四、响应文件的递交

##### 13. 响应文件的密封和标记

- 13.1 报价人应先将响应文件（含商务部分、技术部分、经济部分）、报价信封分别单独密封在一个不透明的封装中。“电子文件”密封于“报价信封”内。
- 13.2 密封封装：
- 1) 密封封装应正确标明报价人名称、项目名称、包号及分包名称（如有）、采购人名称、报价日期等，并注明谈判时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖报价人公章。
  - 2) 响应文件已密封但不按前述标志封包由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担。
- 13.3 如果封套未按报价人须知要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对此造成提前开封的响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回报价人。
- 13.4 谈判前，由报价人授权代表检查各报价人响应文件的密封情况。

##### 14. 报价截止时间

- 14.1 本次采购的报价截止时间，详见《报价须知前附表》。
- 14.2 本次采购的响应文件递交时间，详见《报价须知前附表》，采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于 14.1 条款规定的截止时间。
- 14.3 报价人务必于报价截止时间前，将响应文件按要求送达报价地点，详见《报价须知前附表》，交于收件人：肇庆德力招标代理有限公司工作人员。
- 14.4 在推迟了报价截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约，其所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

##### 15. 迟交的响应文件

- 15.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何响应文件。

##### 16. 响应文件的修改与撤回

- 16.1 报价人在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但应保证采购代理机构在规定的报价截止时间之前，收到这些文件的书面通知。
- 16.2 报价人对响应文件的修改或撤回的通知应按第 12 款和第 13 款规定进行准备、密封、标注和递送。
- 16.3 报价截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
- 16.4 报价有效期内，报价人不得对其响应文件做任何修改亦不得撤回其报价，否则其报价保证金将被没收。

## 五、谈判与评审

### 17. 接收文件

- 17.1 采购代理机构组织和主持谈判仪式，报价人的法定代表人或其授权代表务必准时参加谈判仪式并签名报到以证明其出席。如报价人的法定代表人或其授权代表不到谈判现场，所送达的响应文件将被拒绝。
- 17.2 按照第 16 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
- 17.3 在谈判过程中，响应报价人提交的澄清文件和最终响应文件，由响应报价人法人代表或授权代表签署后生效，响应报价人应受其约束。
- 17.4 迟交或撤回的响应文件将被原封退回给报价人。
- 17.5 采购代理机构将记录谈判过程的有关内容，并由报价人签字确认，存档备查。

### 18. 评审过程的保密性

- 18.1 公开最终报价后，直至向成交人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较报价的有关资料以及授标意见等，均不得向报价人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 18.2 在评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
- 18.3 评审结果未公示前，报价人均不得主动与谈判小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。
- 18.4 在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经报价人同意不得向任何人透露技术、价格和其他重要信息。

### 19. 谈判小组

- 19.1 依法组建谈判小组。谈判小组成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，详见《报价须知前附表》。谈判小组的成员在评审过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。
- 19.2 谈判小组依法根据谈判文件的规定，进行响应文件的评审，得出评审结果，并向采购人推荐成

交候选人。

19.3 谈判小组将本着公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照法律法规和谈判文件的要求推荐评审结果。如发现谈判小组的工作明显偏离谈判文件的要求，或违法国家法律法规，采购人可会同监管部门商议解散谈判小组，重新组织招标或评审，并依法追究有关人员的法律责任。

19.4 评审期间，采购人、谈判小组不得对谈判文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与报价人进行联系接触。

## 20. 谈判

20.1 资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金以及其他相关重要资料等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

20.2 符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性条款存在负偏离（不利于采购人的偏离）。对于报价人提出的正偏离（即有利于采购人的偏离），不视为无实质性响应谈判文件条款、条件或规格的重大偏离或保留，将不予以废标。

20.3 谈判小组与符合相应资格条件的供应商进行谈判。

20.4 在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，经同级政府采购监督管理部门审核同意，采购人可以按照第 22 款的有关原则，从满足要求的候选供应商中确定成交供应商。

20.5 本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判时，谈判小组与报价人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

20.6 谈判时，响应文件中报价表的内容与响应文件中的明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，并以此为基础计算和修改单价和单价汇总金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.7 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变文件的实质性内容。

## 21. 最终报价

21.1 最终报价：有效报价人应在谈判小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价，一般情况最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容须现场公布。对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形时，有效报价人必须说明原因。

## 22. 评审原则及方法



- 22.1 谈判小组进行综合评议。
- 22.2 采用最低评标价法的评审方法，谈判小组成员根据“……根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商”的评审方法，对报价人的响应文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见，评定第一、第二和第三成交候选人。

## 六、授予合同

### 23. 合同的授予标准

- 23.1 合同将授予其能最大限度满足符合谈判文件要求，并且能承诺履行合同的、对采购人最为有利的，并经谈判小组进行综合评议评定的第一、第二和第三成交候选人。
- 23.2 从谈判小组推荐的第一、第二和第三成交候选人中，采购人依法确定成交人。

### 24. 成交通知书

- 24.1 响应文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交人其响应文件被接受。
- 24.2 采购代理机构向成交人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的报价人其响应文件未被接受而不提原因。
- 24.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
- 24.4 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。
- 24.5 采购人对任何无效报价行为可追溯至合同生效之前，一经被查证核实实为无效报价者，其所获得的候选资格、成交资格均无效。

### 25. 签订合同

- 25.1 采购代理机构通知成交人成交时，将提供谈判文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给成交人。本谈判文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。
- 25.2 成交人在收到《成交通知书》后，应派遣其授权代表与采购人签署合同。
- 25.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
- 25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照25.3条的规定备案。

### 26. 成交服务费

- 26.1 成交服务费详见《报价须知前附表》
- 26.2 成交服务费的货币为人民币。

26.3 成交服务费支付方式：一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

26.4 成交人如未按第 26.1 款、第 26.2 款规定办理，采购代理机构将没收其报价保证金。

26.5 成交服务费不在报价中单列。

## 27. 询问、质疑

### 27.1 询问

27.1.1 报价人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请书》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。采购人或采购机构在收到投标供应商的询问后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知询问投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

### 27.2 质疑

27.2.1 报价人认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或采购机构书面提出质疑：

- (1) 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少 5 个工作日；供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内向采购代理机构提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；
- (2) 报价人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；
- (3) 采购人或采购机构在收到投标供应商的书面质疑之日起 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### 27.3 质疑联系方式

联系人：李女士

电话：0758-2160028；

传真：0758-2160198；

邮箱：delizb2160028@163.com(推荐使用)

地址：肇庆市前进北路 10 号（联通大厦）第十一层第 1107 室；



(2) 质疑函格式

质 疑 函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)： ..... 公章： .....

日期： .....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三篇 用户需求书

### 一、报价人必须符合满足条件：

1. 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料（并加盖报价人公章）：

（1）法人或者其他组织的营业执照（须加载有“统一社会信用代码”）复印件；

（2）上一年度财务报告或报表复印件；报价人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。

（3）报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明函原件（格式自拟）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函原件（格式自拟）。

2. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

3. 报价人必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》等相关证明文件；

4. 本项目不接受联合体报价；

5. 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，报价人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。报价人须在响应文件中提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”栏的信用记录查询结果网页截图打印件并加盖公章；评审时，采购人或采购代理机构以在上述两个网站查询的结果为准，并同时信用信息查询记录和证据截图存档，该信用信息作为资格审查的条件之一。如查询结果显示“没有该企业的相关记录”，视为无上述三类不良信用记录。

### 二、项目需求清单

包号	分包名称	数量	项目完成期	交货地点	各分包最高报价限价
包一	全数字化高端四维彩色多普	1台	合同签订生效之日起30天内	采购人指定地点	¥2,811,500.00元（大写：人民币贰佰捌拾壹万壹仟伍佰元整）

	勒超声诊断仪				
包二	超声刀	1 台	合同签订生效之日起 30 天内		¥735,500.00 元（大写：人民币柒拾叁万伍仟伍佰元整）
包三	麻醉机	2 台	合同签订生效之日起 30 天内		¥451,000.00 元（大写：人民币肆拾伍万壹仟元整）

备注：1. 本项目共分为 3 个独立分包，报价人可对本项目部分或全部分包进行报价，但每个分包不得分拆，且每个分包都要提供完整的技术资料。

2. 本项目为交钥匙项目，各分包内容包括供货、运输、培训、验收等工作，直至验收合格交付用户使用。

3. 本项目各分包均设有最高报价限价，报价人的报价不能高于各分包的最高限价，否则视为非响应性报价。

4. 本项目除特别注明适用分包外，均适用于所有分包。

5. 经财政部门同意，本项目包一、包二允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目包三只允许采购本国产品。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6. 需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

### 三、各分包详细技术参数及配置要求

#### 包一：全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪

##### （一）采购清单

序号	货物名称	数量
1	全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪	1 台

##### （二）详细技术参数要求

- 名称：全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪。
- 数量：一套。
- 设备用途：妇产科、新生儿、儿科、腹部、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD 等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等妇产专用顶级高端超声系统，投标设备必须为各厂家高档的专业机。
- 主要规格及系统概述：

#### 4.1 彩色超声诊断仪：

4.1.1 ▲整机原装；

4.1.2 ▲显示器 $\geq 23$ ”寸高清 LED 显示器，可以上下升降、仰俯，显示器分辨率 1920 $\times$ 1080。

4.1.3 具备 $\geq 10.1$ ”寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作，功能菜单均可在触摸屏上实现操作；

4.1.4 具备多国语言操作系统,具备中文菜单，可中文显示及中文文本输入。

4.1.5 数字化通道数 $\geq 5000000$ 。

4.1.6 二维灰阶成像及分析单元。

4.1.7 彩色多普勒显示及分析单元。

4.1.8 能量多普勒显示及分析单元。

4.1.9 脉冲多普勒显示及自动分析单元。

4.1.10 组织谐波成像技术。

4.1.11 梯形扩展成像技术。

4.1.12 空间复合成像技术。

4.1.13 斑点减少滤波技术。

4.1.14 精细血流成像技术：能有效提高低速血流信号的检出及细微血管的显示。

4.1.15 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断；

4.1.16 屏幕显示最大可视可调动态范围： $\geq 200$ dB，可逐级可视微调，可 1dB 步进。

4.1.17 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

4.1.18 频率复合成像技术，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用。

4.1.19 多模态一键优化：通过一键操作迅速优化二维、彩色、多普勒等多种参数，自动优化图像。

4.1.20 具有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求， $\geq 5$  级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

4.1.21 可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系。

4.1.22▲胎儿生物学自动测量，可自动描迹及包络胎儿超声检查所需测量范围，自动显示测量结果并在机器报告中呈现。可自动测量项目包括常规胎儿超声检查所需的双顶径、头围、腹围及股骨。



4.1.23 具有胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。

4.1.24 机器上具有耦合剂加热器装置，与机器一体，无需另外配置， $\geq 3$  档温度调节，方便根据环境选择。

#### 4.2 测量和分析部分

4.2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。

4.2.2 腹部测量与分析。

4.2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示。

4.2.4 妇科测量与分析。

4.2.5 泌尿科测量与分析。

4.2.6 胎儿心脏测量与分析。

4.2.7 颈动脉测量与分析。

4.2.8 上下肢动静脉测量与分析。

4.2.9 小儿髋关节测量。

4.2.10 肌肉骨骼测量。

4.2.11 小器官测量与分析。

#### 4.3. 探头规格

4.3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收。

4.3.2 支持 3D 及实时 3D 成像。

4.3.3 探头接口：激活成像探头接口  $\geq 4$  个，接口大小一致，2D 及 3D 探头接口通用。

4.3.4 探头接口采用最新技术 无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长寿命。

4.3.5 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择  $\geq 6$  种；多普勒频率可最大选择  $\geq 2$  种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。

4.3.6 探头及频率：

4.3.6.1 单晶体凸阵探头，频率范围：1-7MHz。

4.3.6.2 单晶体凸阵容积探头，频率范围：1-8MHz。

4.3.6.3 ▲单晶体早孕凸阵探头，频率范围：3-10MHz。

#### 4.4 输入/输出信号：

4.4.1 输入：S-VHS、VHS、USB2.0、外部音频。

4.4.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0。

4.4.3 主机内置一体化 USB 接口  $\geq 6$  个。

#### 4.5 二维成像主要参数

- 4.5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速度 $\geq 30$  帧/秒。
- 4.5.2 声束聚焦：发射 $\geq 8$  段，接收自动连续聚焦。
- 4.5.3 接收方式：接收通道 $\geq 100000$ ，多路信号并行处理。
- 4.5.4 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹。
- 4.5.5 谐波成像基波频率个数： $\geq 3$  个。
- 4.5.6 回放重现：2D 灰阶图像回放  $\geq 50s$ 。
- 4.5.7 最大显示深度  $\geq 30cm$ 。
- 4.5.8 增益调节：B、B/M、C、D 可独立调节，数码 TGC $\geq 8$  段增益补偿调节，在液晶触摸屏上可直接调节。
- 4.5.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

#### 4.6 频谱多普勒

- 4.6.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）。
- 4.6.2 最大测量速度：PW：血流速度 $\geq 11m/s$ 。
- 4.6.3 最低测量速度： $\leq 5mm/s$ 。
- 4.6.4 显示方式：B/D、B/C/D。
- 4.6.5 多普勒电影回放： $\geq 8192$  线。
- 4.6.6 零位移动： $\geq 8$  级。
- 4.6.7 ▲取样宽度：0.5mm-15mm，多级可调。
- 4.6.8 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D 值。
- 4.6.9 实时三同步功能

#### 4.7 彩色多普勒

- 4.7.1 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式。
- 4.7.2 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等。
- 4.7.3 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比。
- 4.7.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ 。
- 4.7.5 彩色显示速度：最低平均血流测量速度  $\leq 2.5cm/s$ 。

#### 4.8 内置一体化实时三维超声成像

- 4.8.1 3D 成像单元：具备静态 3D、实时立体 3D/4D。
- 4.8.2 多种三维显示模式，包括表面模式（一般，柔和）、透明模式（最大模式，最小模式，X 线成像模式）、亮度模式。

- 4.8.3 具备立体彩色、能量多普勒成像单元。
- 4.8.4 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算,并包括多种结果分析方式。
- 4.8.5 具有观察不同器官组织的多种 3D 重建模式,且可复合。
- 4.8.6 具有 3D 立体图像编辑切割功能。
- 4.8.7 具有 CT 立体成像形式,便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。
- 4.8.8 针对胎儿四肢、耳朵、生殖器等脏器进行成像设定,提高显示部位立体分辨率。
- 4.8.9 可通过此模式,清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。
- 4.8.10 可以通过调节容积取样框的曲率弧度,提高容积图像的清晰度。
- 4.8.11 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能,并具备多种模式,可进行 3D 图像边缘锐化,显著提高图像对比度和分辨率,更清晰显示容积数据组织间区别。
- 4.8.12 可进行肤色渲染,生成自然真实的 3D 图像,先进技术,独立软件功能;使得穿透力和组织图像边缘得到增强,提高微小解剖结构的显现力。
- 4.8.13 胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响,得到清晰的胎儿面部图像,较为困难;使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物,获得满意的胎儿面部容积图像。
- 4.8.14 三维成像独立功能,可通过任意移动橡皮擦位置,逐层擦除不需要的信息。无需设定擦除区域,可任意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化了以往进行立体切割需要旋转的步骤。
- 4.8.15 利用自然光的衰减系数,使三维图像更自然、更逼真,皮肤和组织的图像更加细腻丰富,有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。
- 4.8.16▲容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构,区分软组织和骨结构,透视可视化。能准确了解解剖结构,可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断。

#### 4.9 具备以下 3D 成像功能

- 4.9.1 可将 3D 立体数据沿 A、B、C 三个正交平面分别进行连续平行断层切割,并可实时扫查,同屏显示 $\geq 24$ 幅不同深度图像,断层间距 0.5mm-15mm 可调。
- 4.9.2 3D 立体数据内任意切割进行剖面成像,通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。
- 4.9.3 高级任意不规则形状体积计算功能,取样间距 $\leq 0.5$ mm,测量结果更加精确。

#### 4.10 高级 3D 成像功能

- 4.10.1 一次三维扫查,可同屏显示 $\geq 7$ 幅不同模式的容积图像;每幅图像分别可设定为不同颜色及不同成像模式。
- 4.10.2 同屏显示多方位的立体图像,除正面观,可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。
- 4.10.3 同屏可显示多幅剖面容积成像,根据已有切面进行切割显示所需剖面。切割厚度 1-20mm

可选，切割间距可调，可以多条平行、交叉及任意等方式切割。同屏显示 $\geq 9$ 幅不同剖面容积成像。

4.10.4 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。

4.10.5 多切面成像基础上，用户可同时看到与参考平面垂直的另外 2 个平面。

4.11. 超声图像及病案管理系统：

4.11.1 固态硬盘存储患者数据信息，可存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息；

4.11.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量  $\geq 512G$ ；

4.11.3 动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接查看图像；

4.11.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元。

## 包二：超声刀

### （一）采购清单

序号	货物名称	数量
1	超声刀	1 台

### （二）详细技术参数要求

#### 1. 主机特性

- 1.1 使用通用接口并可自动识别仪器。
- 1.2 快速简便的触屏设置以及清晰显示的诊断信息。
- 1.3 广角高分辨率显示器。
- 1.4 外形设计轻便，节省手术室空间。
- 1.5 ▲可通过 U 盘更新系统软件版本。
- 1.6 ▲一台主机整合超声能量和高级智能双极技术。
- 1.7 ▲须提供原厂出具的售后服务承诺书。

#### 2. 超声刀模块特性

2.1 ▲ATT 智能组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温。

2.2 ▲刀头的振动频率为 55,500HZ，达到目前技术所能保证最佳的切割与凝血效果。（最大可安全处理 7mm 及以下血管）

2.3 激发时可使用手控也可使用脚踏，坚固耐用，也有刀头手柄一体化的超声刀。

2.4 刀头的振动幅度为 60~100 微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果。

2.5 刀头款式多样，既可行腹腔镜手术，又可行开放手术，满足医院不同科室、不同手术的需要。

- 2.6 ▲刀头具有黑色防粘连涂层设计，减少术中粘连及水雾的产生。
- 2.7 手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能，可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障。
- 2.8 ▲刀头具有弧形头端设计，手术视野更清晰，且刀头有多个的工作面，满足手术中不同组织的凝闭与切割的需要。
- 2.9 刀头或刀面可以 360 度旋转，满足腔镜手术的需要。
- 2.10 在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状态。
- 2.11 主机有自检功能，且自检时间不超过三秒钟，以适合临床手术需要有三种不同的声音，十一档音量调节。
- 2.12 配有检测换能器手柄及刀头性能好坏的必需工具。
3. 高级双极模块特性
- 3.1 “工形刀”设计使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭最大 7mm 的脉管，凝闭的大血管爆破压达到正常心缩压的七倍。
- 3.2 “PTC”材料的应用使得钳口组织温度维持在 100 摄氏度之内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低粘附，炭化，烟雾。
- 3.3 “多回路电极”可以使电路回路锁定在钳口内，从而有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤，侧向热损伤是 1mm。
- 3.4 切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。

### 包三：麻醉机

#### （一）采购清单

序号	货物名称	数量
1	麻醉机	2 台

#### （二）详细技术参数要求

1. 货物名称：多功能麻醉工作站；
2. 数量：2 台
3. 技术规格：
  - 3.1 工作条件及基本配件
    - 3.1.1 操作环境，温度：10° 至 40° C，湿度：15 至 95%；
    - 3.1.2 电源：220-240V，50Hz/60Hz；
    - 3.1.3 后备电池使用时间：90 分钟（可选配双节电池 150 分钟）；
    - 3.1.4 具有 RS-232 接口、HL7、USB 连接功能；机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉；
    - 3.1.5 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

3.1.6 ▲非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

### 3.2 气源

3.2.1 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源；

3.2.2 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于 25%；

3.2.3 快速充氧范围 25 - 75 l/min；

### 3.3 流量计

3.3.1 双管机械流量计

### 3.4 挥发罐

3.4.1 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位；

3.4.2 ▲标配一个同品牌高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌产品，通过 CE 和 FDA 认证，具备压力、流速和温度补偿；

### 3.5 呼吸回路

3.5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路；回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染；

3.5.2 二氧化碳吸收罐，容积 1500ml 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；

3.5.3 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障；

3.5.4 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如 Bain 回路、T 管等；

3.5.5 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

3.5.6 回路标配积水杯，解决回路积水问题；

3.5.7 可选配自动 CO<sub>2</sub> 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。

### 3.6 呼吸机

3.6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示；

3.6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子 PEEP。可选配 SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的 PS；

3.6.3 潮气量设置范围：20ml-1500ml；吸气压力设置范围： 5~60 cmH<sub>2</sub>O；

3.6.4 呼吸频率：4-100 次/分钟；吸呼比：4:1 到 1:8；

3.6.5 压力限制范围：10 到 100 cmH<sub>2</sub>O；电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH<sub>2</sub>O；

3.6.6 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间；

3.6.7 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全；

3.6.8 ▲具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

### 3.7 数字和波形监测

3.7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；

3.7.2 ▲必须为 $\geq 10$ 寸内嵌式一体化彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形和选配至少一个环图

3.7.3 ▲可以选配内置插件槽，可直接热插拔插件；插件可在监护仪和麻醉机之间通用；可选择插件：EtCO<sub>2</sub>；提供注册证证明；

3.7.4 同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO<sub>2</sub>波形）和一个环图（P-V，F-V，P-F）；

3.7.5 潮气量监测范围：0 到 1500ml；

3.7.6 分钟通气量监测范围：0L/min 到 100L/min。

## 四、项目要求

1. 报价人所报货物的性能指标，按照招标时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如响应文件有不如实填写的，到货验收时将导致整批货物被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交人负责。

2. 所有货物必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定。所报的产品必须是在中国范围内合法销售；所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

3. 提供的货物应外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在响应文件中明确列出。

5. ★报价人所报货物必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，报价人须在响应文件中提供复印件并加盖报价人公章。

6. ★包一：全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪、包二：超声刀的报价人必须在响应文件中提供所报分包设备制造商或该设备合法有效代理商就本项目出具的产品销售授权书原件（并加盖报价人公章）。

7. 本项目技术要求中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标或优于，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

8. 本项目技术要求中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

9. 采购人保留对成交人所投设备的进行全面送检测机构测试的权利，若检测报告表明设备不符

合谈判文件要求，视为不合格产品，采购人有权追究其法律责任。

10. 经财政部门同意，本项目全数字化高端四维彩色多普勒超声诊断仪、超声刀允许采购进口产品，且在同等条件下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，但不限制可以满足需求的国内产品参与采购竞争。

## 五、伴随服务

### 1.验收

1.1 本项目须完全达到本用户需求书所规定的所有技术指标和功能设计要求，采购人还将结合项目施工规范、相关行业标准及报价承诺等内容作为验收标准和依据。初步验收方案可由报价人在响应文件中提出建议，最终由采购人修订确认为准，且要求整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

1.2 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随机设备的附件必须齐全。

1.3 成交人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

1.4 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由成交人承担。

1.5 货物安装调试完成后由合同双方共同进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

### 2.安装与调试

2.1 成交人必须依照谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.培训：成交人（或产品厂商）免费给采购人培训 2 名或以上的技术人员，直到采购人受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由成交人负责。

4.本批采购货物要求报价人承诺对所报货物提供的质保期限符合现行国家、省、市建设行政主管部门颁布的相关规定要求但不得少于 1 年(如用户需求书中有要求的，则按用户需求书要求执行)。质保期内成交人必须进行质量“三包”，对质保期内成交人对所供货物实行免费上门包修、包维护、包保养，软件需提供免费的技术支持、系统升级及维护服务。

5.维修响应时间：若成交产品发生故障，成交人须在 1 小时内响应，24 小时内到达现场排除故障；如遇到重大或者紧急情况，必须在 12 小时内到达现场；特殊情况在 72 小时内无法恢复的，成



交人应提供解决方案。

6.在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交人不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交人能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

## 六、报价说明

1.报价人应该估算所有费用且对本项目的采购内容进行报价，项目实施后成交人不得另行收取其他任何费用。

2.本需求书中所列品牌、型号等（如有），只作为报价人报价的参考，并无指定。报价人可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于的产品进行报价，并如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、型号及产地等。

## 七、付款方式

本项目为国债专项资金。双方签订合同生效、设备安装、调试并验收合格后，成交人提供真实有效的发票，成交人向采购人支付合同金额的 10%作为质保金，采购人申请国债专项资金 1 个月内以汇款方式支付合同总额的 100%给成交人，质保期满一年后，采购人 1 个月内以汇款方式退回成交人质保金。

## 第四篇 合同条款（样式）

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

### 医疗设备一批

# 合 同 书

项目编号：441202-202010-208001-0044

合同编号：

项目名称：医疗设备一批

# 合 同 书

甲方（需方）：\_\_\_\_\_ 合同编号：\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_ 签约地点：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、谈判文件的要求及响应文件的承诺，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

## 一、 项目名称

项目名称：医疗设备一批

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

## 二、 货物清单

序号	名称	品牌、型号规格	产地	单位	数量	单价	合计（RMB）	备注
1								
2								
3	.....							

## 三、 合同金额

1. 合同总额人民币 小写：\_\_\_\_\_ 大写：\_\_\_\_\_
2. 合同总价包括了货物费、运输费、保险费、安装费、技术服务费（培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
3. 本合同价格为固定不变价。
4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

## 四、 货物产地及标准

1. 货物为\_\_\_\_\_全新（原装）产品。
2. 标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
3. 国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

## 五、 项目完成期

1. 项目完成期：合同签订生效之日起\_\_天内（包括供货、运输、安装、调试、培训、验收等工作）。
2. 实施地点：\_\_\_\_\_。

## 六、包装、装运和运输

1. 包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2. 包装费、运费已包含在合同总价内。

## 七、伴随服务

### 1. 验收

1.1 本项目须完全达到用户需求书所规定的所有技术指标和功能设计要求，甲方还将结合项目施工规范、相关行业标准及投标承诺等内容作为验收标准和依据。初步验收方案可由乙方在响应文件中提出建议，最终由甲方修订确认为准，且要求整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

1.2 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随机设备的附件必须齐全。

1.3 乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

1.4 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

1.5 货物安装调试完成后由合同双方共同进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

### 2. 安装与调试

2.1 乙方必须依照谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3. 培训：乙方（或产品厂商）免费给甲方培训 2 名或以上的技术人员，直到甲方参训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由乙方负责。

4. 本批采购货物要求乙方承诺对所提供的货物质保期限符合现行国家、省、市建设行政主管部门颁布的相关规定要求但不得少于 1 年（如用户需求书中有要求的，则按用户需求书要求执行）。质保期内中标人必须进行质量“三包”，对质保期内中标人对所供货物实行免费上门包修、包维护、包保养，软件需提供免费的技术支持、系统升级及维护服务。

5. 维修响应时间：若产品发生故障，乙方须在\_\_小时内响应，\_\_小时内到达现场排除故障；如遇到重大或者紧急情况，必须在\_\_小时内到达现场；特殊情况在\_\_小时内无法恢复的，乙方应提供解决方案。

6. 在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，乙方不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非乙方能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

## 八、 保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

## 九、 其他要求

### 1、 版权要求

乙方应保证提供的所有产品不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。乙方必须是所提供的应用软件的企业以及进行相关服务的最终承担者，拥有报价产品的自主知识产权。

### 2、 保密要求

乙方必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。乙方对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经甲方书面同意不得泄露，一切保密责任不因合同的中止或解除而失效。

## 十、 付款

本项目为国债专项资金。双方签订合同生效、设备安装、调试并验收合格后，乙方提供真实有效的发票，乙方向甲方支付合同金额的 10%作为质保金，甲方申请国债专项资金 1 个月内以汇款方式支付合同总额的 100%给乙方人，质保期满一年后，甲方 1 个月内以汇款方式退回乙方质保金。

## 十一、 异议索赔

1. 乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2. 对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后 5 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

## 十二、 不可抗力

1. 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 10 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2. 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

## 十三、 违约责任

1. 乙方逾期交货，则按合同总价每天 2 %支付违约金给甲方。如超过合同规定项目完成期限 7 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2. 乙方不能交货，则按合同总价 5 % 支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3. 货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收；经 3 次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4. 如果甲方逾期付款，则按拖欠金额每天 2 % 支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

5. 甲方解除合同，乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

#### 十四、 争议解决方式

1. 因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2. 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起行政诉讼。（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。）

#### 十五、 通知

1. 本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

#### 十六、 税和关税

1. 中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2. 中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

3. 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

#### 十七、 合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

#### 十八、 其他

1. 本项目成交通知书、谈判文件、响应文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除

特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2. 在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本项目合同一式四份，甲、乙双方各执一份，政府采购监管部门一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

## 十九、 合同附件

1. 货物的技术规格、性能指标；

2. 合同执行时间进度计划；

3. \_\_\_\_\_

甲方（盖章）：肇庆市端州区妇幼保健院

乙方（盖章）：

代表：

代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：           年       月       日

日期：           年       月       日

收款方、开票方须与乙方一致；专户为：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

备注： 1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是谈判文件和成交人的响应文件。

2. 合同附件的具体内容与排列序号由双方在签订合同时确定。

## 第五篇 响应文件格式

### 一、响应文件请按响应文件编制的顺序和以下要求格式制作：

#### （一）自查表

#### （二）经济部分的响应文件格式

1. 报价表
2. 分类报价明细表

#### （三）商务部分的响应文件格式

1. 报价函
2. 法定代表人证明书（加盖报价人公章）
3. 法定代表人授权书（加盖报价人公章）
4. 报价人的相关资格证明资料复印件（加盖报价人公章），其中包括：
  - A. 证明报价人的合格性的证明文件，详见《报价须知前附表》第9条款内容；
  - B. 其他资格证明资料（不限于《第三篇 用户需求书》内容）；
5. 类似项目业绩（如有）

[以上内容均要求提供项目合同或成交通知书或相关证明资料复印件]（加盖报价人公章）；
6. 类似业绩良好评价证明复印件（加盖报价人公章）（如有）
7. 报价人应提供针对本次采购而制定的服务计划及承诺（加盖报价人公章）（如有）
8. 合同响应文件
9. 合同差异表
10. 报价人简介
11. 报价人主管人员概况，本项目组织架构，本项目管理人员的资历、工作履历、业绩等文件（加盖报价人公章）。
12. 最近3年企业牵涉的主要诉讼案件（如有）
13. 成交服务费承诺书
14. 退还报价保证金声明（加盖报价人公章）（电汇或银行转账适用）
15. 其他证明
  - A. 中小企业声明函（如有）
  - B. 政策适用性说明（如有）
  - C. 监狱企业的证明文件（如有）
  - D. 残疾人福利性单位声明函（如有）
16. 其它文件
  - A. 《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，否则提供复印件加盖公章）。

#### （四）技术部分



1. 技术响应表
2. 技术差异表
3. 实质性响应条款（“★”项）响应表
4. 重要条款（“▲”项）响应表
5. 售后服务措施及承诺
6. 供货安装进度安排
7. 货物清单（货物名称、品牌、货物型号、产地等必须与报价经济文件详细配置及货物服务量报价清单的货物名称、品牌、货物型号、产地完全一致）
8. 货物测试和验收
9. 其他文件  
（报价人应根据实际情况，按上述内容及顺序编订成册）

## 二、报价信封按以下顺序装订（另单独分装）：

1. 报价表
2. 退还报价保证金声明复印件（加盖报价人公章）（电汇或银行转账需提供）
3. 报价保证金支付凭证【转账或汇款凭证或保函复印件（加盖报价人公章）】原件谈判现场备查
4. 响应文件的电子文档

(一) 自查表

	自查内容	证明文件
资格性检查	请报价人按谈判文件评审工作大纲“二、响应文件的初审”中“资格性检查”内容填写	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
符合性检查	请报价人按谈判文件评审工作大纲“二、响应文件的初审”中“符合性检查”内容填写	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页
	.....	见响应文件第（）页

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

**(二) 经济部分**

## 1. 报价表

**报价表**

[价格单位：（人民币）元]

项目编号：441202-202010-208001-0044

包号	分包名称	报价总价（元）	项目完成期	说明
		¥ _____元 大写：人民币_____		

- 备注：a) 此表的内容根据谈判文件要求包括了货物费、运输费、保险费、安装费、技术服务费（培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
- b) 报价均应包含所有需甲方缴纳的税费。
- c) 本表一式二份，一份随报价信封一起提交，一份编入响应文件（经济部分）。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

2. 分类报价明细表

### 分类报价明细表

[价格单位：（人民币）元]

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	产地	单位	数量	单价	总价
1								
2								
3								
.....								

- 注：1. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。  
2. 报价人应列明按“供货清单”所提供的货物的价格明细。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

### （三）商务部分

#### （1）报价函

## 报 价 函

致：肇庆市端州区妇幼保健院

肇庆德力招标代理有限公司

根据贵方为医疗设备一批（项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称： ）的报价邀请，我方\_\_\_\_\_（报价人名称）作为报价人正式授权\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的谈判文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（一）报价信封【一份】（按文件要求的内容）；

（二）响应文件（含经济部分、商务部分、技术部分）【正本一份，副本三份】。

我方已完全明白文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加编号为 441202-202010-208001-0044 的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本谈判文件的有效期限自报价截止日后 90 天有效，如成交，有效期限将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的的时间和日期之后，报价有效期限之内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（七）我方声明响应文件及所提供一切资料均真实无误，**无任何虚假或不真实的材料。如我方在响应文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人及采购代理机构可视为报价无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任。**

（八）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（九）我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改书（如有）中的全部责任和义务，在成交通知书规定的时间内签订《合同书》，并严格按国家有关法规履行自己的全部责任，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中项目完成期为\_\_\_\_\_；免费保修期为：\_\_\_\_\_。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期： 年 月 日

(2) 法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别：                    年龄：                    身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

签发日期：                    单位：                    （盖章）

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（为避免废标，请报价人务必提供下列附件）**



(3) 法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

致：肇庆市端州区妇幼保健院  
肇庆德力招标代理有限公司

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的\_\_\_\_\_（报价人名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就医疗设备一批[项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称： ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

签发日期：                    年        月        日

有效期限（不少于报价有效期）：至                    年        月        日

报价人：（加盖报价人公章）

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

（为避免废标，请报价人务必提供下列附件）

代理人身份证复印件正反面

(4) 报价人的相关资格证明资料复印件（加盖报价人公章），其中包括：

- A. 证明报价人的合格性的证明文件，详见《报价须知前附表》第9条款内容；  
B. 其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）；

(5) 类似项目业绩（如有）

[以上内容均要求提供项目合同或成交通知书或相关证明资料复印件]（加盖报价人公章）；

### 类似项目业绩

项目名称：医疗设备一批

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

序号	年份	项目名称	合同金额（万元）	备注
1				
		⋮		
2				
		⋮		
3				
		⋮		

注：1. 近年来完成的同类项目业绩（以成交（成交）通知书或合同材料为准）。

2. 所完成的重大项目须提供合同关键页或用户使用书等可证明已做项目真实性的文件复印件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，报价人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期： 年 月 日



(6) 类似业绩良好评价证明复印件（加盖报价人公章）（如有）

(7) 报价人应提供针对本次采购而制定的服务计划及承诺（加盖报价人公章）（如有）

### 服务计划及承诺

项目名称：医疗设备一批

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

服务项目	
服务计划及承诺	
其他	

报价人（加盖报价人公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期： 年 月 日

(8) 合同响应文件

项目编号：441202-202010-208001-0044

[说明] 报价人应对照谈判文件要求与报价的实际情况对谈判文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏中如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报价人响应的合同条款优于谈判文件中要求，“负偏差”指报价人响应的合同条款低于谈判文件中要求），并将差异情况在差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

**《合同书》响应表**

包号：                      分包名称：

序号	条款号	合同条款题目	响应	差异
1	第 一 条			
2	第 二 条			
3	第 三 条			
	.....			

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期： 年 月 日

(9) 合同差异表

### 合同差异表

项目编号：441202-202010-208001-0044

[说明] 报价人应根据其提供的货物和服务，对照谈判文件《合同书》的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。无差异的，在“实际响应的具体内容”中必须填写“无差异”。

### 《合同书》差异表

包号：                      分包名称：

序号	谈判文件要求		响应文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实际响应的具体内容
1	第 一 条			
2	第 二 条			
3	第 三 条			
	.....			

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：    年    月    日

## (10) 报价人简介

## 报价人基本情况一览表

## 1. 名称及概况：

(1) 报价人名称：\_\_\_\_\_

(2) 总部地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_

(3) 成立和 / 或注册日期：\_\_\_\_\_

(4) 法人代表：\_\_\_\_\_

(5) 开户银行：\_\_\_\_\_

(6) 开户账号：\_\_\_\_\_

(7) 注册资金：\_\_\_\_\_

## (8) 近两年财务基本情况

①货币资金期末数：\_\_\_\_\_

②年营业总额（值）：\_\_\_\_\_

③资产负债率：\_\_\_\_\_

④销售利润率：\_\_\_\_\_

⑤资本收益率：\_\_\_\_\_

(9) 主要负责人姓名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(10) 项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(11) 在中国的代表的姓名和地址（如有）：\_\_\_\_\_

## 2. 供征询之银行的名称和地址：\_\_\_\_\_

## 3. 公司所隶属之国际集团名称（如果是）\_\_\_\_\_

## 4 提交资料（包括但不限于公司组织机构、公司概况等）：

(1) 公司组织机构；

(2) 公司概况；

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价人（加盖报价人公章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

报价日期： 年 月 日



(12) 最近 3 年企业牵涉的主要诉讼案件（如有）

(13) 成交服务费承诺书

## 成交服务费承诺书

致：肇庆德力招标代理有限公司

我方在贵司代理的医疗设备一批（项目编号：441202-202010-208001-0044，包号：  分包名称：  ）竞争性谈判中若获资格成交，我方保证在收到成交通知书原件的同时按谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即肇庆德力招标代理有限公司指定的银行账号，支付成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮箱：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字：\_\_\_\_\_（承诺方盖章）

承诺日期：\_\_\_\_\_

(14) 退还报价保证金声明（电汇或银行转账适用）

## 退还报价保证金声明

肇庆德力招标代理有限公司：

我方为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）谈判所提交的报价保证金\_\_\_\_\_元（大写）（¥\_\_\_\_\_元），已按谈判文件要求于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前以\_\_\_\_\_（付款形式）方式汇入指定账户。请贵司退还时汇入下列账号：

收款名称：\_\_\_\_\_（必须是报价时使用的账户名）

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_（必须是报价时使用的账户）

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_（手机号码）

单位名称：（报价人公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (15) 其他证明

## A. 中小企业声明函（如有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加医疗设备一批（项目编号：441202-202010-208001-0044，包号：分包名称：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

**附件：（中型、小型、微型）企业划分的说明依据**

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供。



**B. 政策适用性说明（如有）****政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次报价中，采用符合中小企业扶持政策，介绍说明如下：

	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类 型	金额	金额占总报价 比重(累计 %)	
	合计					
小型、微型 企业产品	行 业： _____； 营业收入（万元）： _____； 资产总额：（万元）： _____； 从业人员（人）： _____； 注：1、如与《分类报价明细表》、《中小企业声明函》中同一内容填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；					
	产品名称 (品牌、型号)	制造商	认证证书编号	清 单	金额	金额占总报价 比重(累计 %)
节能产品				第__期清单		
				第__期清单		
	合计					
环境保 护标志 产品				第__期清单		
				第__期清单		
	合计					
注	<p>“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：</p> <p>1、属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）、中国环境资源信息网（<a href="http://www.cern.gov.cn/">http://www.cern.gov.cn/</a>）、中国节能节水认证网（<a href="http://www.cecp.org.cn/">http://www.cecp.org.cn/</a>）上发布；</p> <p>2、属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）、国家环境保护总局网（<a href="http://www.sepa.gov.cn/">http://www.sepa.gov.cn/</a>）、中国绿色采购网（<a href="http://www.cgpn.cn/">http://www.cgpn.cn/</a>）上发布。</p>					

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**C.监狱企业的证明文件（如有）**

**监狱企业的证明文件（如有）**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**D.残疾人福利性单位声明函（如有）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

(16) 其它文件

- A. 《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，否则提供复印件加盖公章）。

**(四) 技术部分：**

## (1) 技术响应表

**技术响应表**

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

[说明] 报价人应对照谈判文件要求与报价的实际情况对谈判文件中“用户需求书”的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备的技术参数优于谈判文件中要求，“负偏差”指所报设备的技术参数低于谈判文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书条款号	需求书条款题目	响应	差异
1	第 一 条			
2	第 二 条			
3	第 三 条			
	.....			

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日



## (3) 实质性响应条款 (“★”项) 响应表

## 实质性响应条款 (“★”项) 响应表

项目编号：441202-202010-208001-0044，包号： 分包名称：

序号	实质性响应条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
...			

注：1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。如标有“★”项条款要求提供相关证明材料的，报价人应将证明材料附在此表后面。

3. 本表内容不得擅自修改。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日 期： 年 月 日

## (4) 重要条款 (“▲”项) 响应表

重要条款 (“▲”项) 响应表

序号	重要条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
.....			

注：1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，如标有“▲”条款要求提供相关证明材料的，报价人应将证明材料附在此表后面。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

(5) 售后服务措施及承诺

(6) 供货安装进度安排

(7) 货物清单（货物名称、品牌、货物型号、产地等必须与报价经济文件详细配置及货物服务量报价清单的货物名称、品牌、货物型号、产地完全一致）

### 货物清单

序号	设备名称	品牌	设备型号	产地	备注	数量
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：报价人应列明能满足“用户需求书”要求的货物明细清单。

报价人：（加盖报价人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

(8) 货物测试和验收

(9) 其他文件



## 附件一：评审工作大纲

### 医疗设备一批

（项目编号：441202-202010-208001-0044）

# 评审工作大纲

肇庆德力招标代理有限公司

2020年10月

## 目 录

- 一、总则
- 二、响应文件的初审
- 三、谈判过程
- 四、澄清有关问题与最终报价
- 五、推荐成交候选人名单
- 六、编写评审报告
- 七、注意事项

## 一、总 则

### 1. 一般规定

- 1.1 医疗设备一批（项目编号：441202-202010-208001-0044）的采购依照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定进行。
- 1.2 评审必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
- 1.3 采购代理机构（肇庆德力招标代理有限公司）组织谈判、评审工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。
- 1.4 评审按照谈判文件规定的内容进行，采取最低评标价法的评审方法。
- 1.5 本办法的评审对象是指报价人按照谈判文件要求提供的有效响应文件，包括报价人应谈判小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

### 2. 评审组织机构的组成

- 2.1 谈判小组的成员由 1 名采购人代表及 2 名经济、技术方面专家组成。在相关政府采购管理部门监督下，专家从政府采购的专家库中随机抽取产生。
- 2.2 评审工作组由采购人、采购代理机构及有关专家组成，由谈判小组确认，并接受其领导。
- 2.3 评审工作组分成谈判小组、秘书组。
- 2.4 谈判小组应相对独立工作，负责评审、撰写技术、商务评审报告。秘书组负责评审过程中资料的保管、发放及回收，整理、汇总评审资料。

### 3. 谈判小组职责

- 3.1 审查响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；
- 3.2 要求报价人对响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3.3 推荐成交候选人名单；
- 3.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

### 4. 谈判小组义务

- 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 4.2 按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 4.3 对评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；
- 4.4 参与评审报告的起草；
- 4.5 配合有关部门的投诉处理工作；
- 4.6 配合采购人、采购代理机构答复报价供应商提出的质疑。

## 5. 评审程序

### 5.1 响应文件的初审

#### (1) 资格性检查

谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

#### (2) 符合性审查

谈判小组根据谈判文件的要求，对所有响应文件进行符合性审查。

### 5.2 谈判小组与符合相应资格条件的供应商进行谈判。

5.3 本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判时，谈判小组与报价人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

### 5.4 最终报价

有效报价人应在谈判小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价，一般情况最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容须现场公布。

### 5.5 综合评议

谈判小组采用最低评标价法的评审方法，谈判小组成员根据“……根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商”的评审方法，对报价人的响应文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见，评定第一、第二和第三成交候选人。

## 二、响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

(一)、资格性检查是指谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

#### 资格性审查表：

序号	审查项目	报价人名称		
		报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料（并加盖报价人公章）：			
1.1	法人或者其他组织的营业执照（须加载有“统一社会信用代码”）复印件；			
1.2	上一年度财务报告或报表复印件；报价人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件；			
1.3	报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；			

1.4	报价截止之日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；			
1.5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明函原件（格式自拟）；			
1.6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函原件（格式自拟）。			
2	按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，报价人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 <b>报价人须在响应文件中提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”栏的信用记录查询结果网页截图打印件并加盖公章；</b> 评审时，采购人或采购代理机构以在上述两个网站查询的结果为准，并同时 <del>对</del> 对信用信息查询记录和证据截图存档，该信用信息作为资格审查的条件之一。 <b>如查询结果显示“没有该企业的相关记录”，视为无上述三类不良信用记录。</b>			
3	报价人必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》等相关证明文件。			
4	法定代表人（或负责人）证明书（原件）/法定代表人（或负责人）授权书（原件）			
5	报价人不属于联合体报价			
6	报价保证金			
结 论				

（二）、符合性检查分为商务符合性检查和技术符合性检查。

### 1. 符合性审查表

序号	审查项目	报价人名称		
		报价人 1	报价人 2	报价人 3

1	报价函（报价的有效期）			
2	项目完成期			
3	质量保质期			
4	成交服务费承诺书			
5	报价人报价不超过最高限价			
6	满足谈判文件中★号条款。			
7	《合同书》响应表			
8	技术响应表			
9	无谈判文件规定的报价无效情况			
结 论				

对于上述审查内容，报价人必须响应，否则其响应文件作废标处理，其他分项若有不合格，将由谈判小组成员确认并进行综合评审。

## 2. 商务符合性检查

商务符合性检查是指对通过资格性检查的报价人，依据谈判文件的规定，从报价商务部分、经济部分的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行检查，以确定是否对谈判文件商务部分的实质性要求作出响应。

对响应文件进行商务符合性检查的内容包括：

- (1) 谈判小组先对报价人的主要商务条款进行检查，如检查报价人商务部分的描述是否正确，检查报价人的企业规模、信誉情况，检查报价人的财务状况等，对报价人提供的所有资格文件，包括业绩、服务能力等进行检查，对响应文件中不清楚和不充分的部分将进行澄清。
- (2) 检查分类报价明细表并确定有无计算错误，是否以低于企业成本价报价。对报价人报价表的内容进行算术性校核。主要检查数字填写是否适当、完全和有无计算错误。如有计算错误，应以单价为准的原则进行价格调整，无须向报价人说明。并检查报价基础是否一致。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，并以此为基础计算和修改单价和单价汇总金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 3. 技术符合性检查

技术符合性检查主要是检查响应文件的技术部分的有效性、完整性，对谈判文件《用户需求书》是否做出了实质性的响应，响应文件与谈判文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的响应文件。谈判小组认真阅读响应文件，整理资料，详细列出主要技术服务指标、服务能力条款对照表及偏差表。

对响应文件进行技术符合性检查的内容主要包括：

(1) 响应文件技术部分的完整性

对报价人所递交的响应文件技术部分的内容进行检查，以确定报价人是否已递交谈判文件《用户需求书》要求的有关文件。

(2) 审查偏差

对于响应文件提出的偏差或报价人提出的替代方案，应检查其合理性和可接受性，是否为对基本报价有较大影响的重大偏差。

(3) 技术服务内容

检查报价人的技术服务是否满足谈判文件的要求。

(4) **对于响应文件与谈判文件的主要技术条款（指打“★”的条款）无实质性响应的报价人应予以技术废标。**实质性响应的报价指的是符合谈判文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指与谈判文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和报价人的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应报价的报价商将不公平。对于报价人提出的正偏离（即有利于采购人的偏离），不视为无实质性响应谈判文件条款、条件或规格的重大偏离或保留，将不予以废除成交。谈判小组决定响应文件的响应性是基于响应文件的内容本身而不靠外部的证据。对是否符合实质性响应谈判文件有争议的响应文件，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的报价人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

(5) **谈判小组应当书面要求存在细微偏差的报价人在评审结束前予以补正。**细微偏差是指响应文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

### 三、谈判过程

本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判小组与符合相应资格条件的供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，经同级政府采购监督管理部门审核同意，采购人可以按照报价人须知“第22款评审原则及方法”的有关原则，从满足要求的候选供应商中确定成交供应商。

### 四、澄清有关问题与最终报价

在响应文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，报价人可应谈判小组要求对响应文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其响应文件的一部分。

1. 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 报价人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应

文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3. 若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，报价人则被认为是“不响应谈判文件要求的报价人”，对未作出实质性响应的报价人应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价人，以让其核证、澄清事实不再进入下一步评审。

#### 4. 谈判及最终报价

谈判评审当天，报价人须在谈判小组要求规定时间内集中进行最终竞争性报价（最终报价），最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容现场公布，并由报价人的法定代表人或其授权代表人签字确认后方为有效。最终报价是本项目成交的依据。

#### 5. 有下列情况之一的，报价无效：

- （1）报价人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的；
- （2）报价人未按谈判文件要求加盖法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签名、报价人公章的；
- （3）响应文件提供虚假材料的；
- （4）响应文件未完全满足谈判文件中带“★”号的条款和指标，或不符合谈判文件的其他要求，有重大偏离的；
- （5）报价人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按谈判文件规定提交的原件与复印件不一致的；
- （6）报价不确定或超过采购预算（最高限价）的；
- （7）报价人未按谈判文件要求交纳报价保证金的；
- （8）评审期间，报价人没有按谈判小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；
- （9）报价人对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
- （10）按有关法律、法规、规章规定属于成交无效的。

6. 谈判小组根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小型、微型企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。



小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(3) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见 第五篇 响应文件格式)，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 6.2 监狱企业产品价格扣除

(1) 监狱企业视同小型、微型企业，按上述 6 条款享受评审中价格扣除。

(2) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

#### 6.3 残疾人福利性单位产品价格扣除

(1) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第 6 条款享受评审中价格扣除。

(2) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141 号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见 第五篇 响应文件格式)，并对声明的真实性负责。一旦中标将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4 报价人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

## 五、推荐成交候选人名单

谈判小组进行综合评议。审查有效报价人的报价是否超过最高报价，若超出，予以无效报价处理。

在评审时采用最低评标价法的评审方法，谈判小组成员根据“……根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商”的评审方法，对报价人的响应文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见，评定第一、第二和第三成交候选人。

## 六、编写评审报告

谈判小组根据谈判结果撰写评审报告。评审报告是谈判小组根据全体谈判成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写的报告，其主要内容包括：

1. 报价日期和地点；
2. 购买谈判文件的报价人名单和谈判小组成员名单；

3. 谈判方法和标准；
4. 报价记录和评审情况及说明，包括报价无效报价人名单及原因；
5. 谈判结果和成交人推荐书；
6. 谈判小组的授标建议。

## 七、注意事项

为确保谈判工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加谈判工作的人员都必须认真执行本规定：

1. 在谈判工作期间，所有分发的响应文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的谈判文件、响应文件、资料等一律编号登记。
2. 谈判人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容。
3. 谈判人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关谈判内容（如资料、响应文件、报价、谈判方式、谈判小组的决定、谈判组织机构、谈判人员名单等）披露给未参加谈判的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与谈判无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所。
4. 在举行与各报价人的澄清会之前谈判小组应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要报价人在澄清会上澄清的问题必须经谈判小组成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向报价人透露。
5. 任何谈判人员和工作人员不得对外公布谈判的一切内容。